

**SANİTER®**GIDA - QEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİTürk
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0009-T

AB-0009-T

2064716-21

05-21

AKKREDİTÖVANO TURKAK
ТУРЕЦКОЕ АККРЕДИТАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Отчет No : 2064716-21
Цель анализа: : ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАПРОСУ
Наименование заказчика: : AGT AGAC SANAYİ A.Ş.
Адрес: : ORGANİZE SANAYİ BOLGESİ 3.ETAP 35.CADDE ANTALYA/DOSEMEALTI
Образцы:
Серийный номер
Местонахождение образца

Форма/вид упаковки : - нейлон
Количество : - 6 шт.
Производитель /Бренд : -
Температура образца : -
Температура окружающей среды : -
Вид : -
Вид материала : -SUPRAMAT пленка

Дата производства

Срок годности
Дата получения : 22.04.2021
Дата анализа : 26.04.2021
Дата отчета : 05.05.2021

Размер образца : 5x5 см²
Защитная пленка : PLAQUE
Условия инкубации (t °C, время) : 36°C, 0-24 ч.
Объем инокуляции : 0.4 мл

В результате анализа у пленки SUPRAMAT был обнаружен бактерицидный эффект в отношении кишечной палочки *Escherichia coli* и золотистого стафилококка *Staphylococcus aureus* в соответствии со стандартом ISO 22196 (Измерение антибактериальной эффективности на пластмассах и других непористых поверхностях).

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ*					Статус Соответствия**
Штамм микроорганизма No	Плотность посева (cfu/ml)	Кол-во клеток. Время «0» обработки необработанных образцов (cfu/cm ²) (Uo)	Кол-во клеток. Время «24 ч» обработки необработанных образцов (cfu/cm ²) (Ut)	Кол-во клеток. Время «24 ч» обработки образцов (cfu/cm ²) (At)	
Кишечная палочка <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	6.20x10 ⁵	7.76x10 ³ (log:3.89)	3.91x10 ⁵ (log:5.60)	8 (log:0.90)	C
Антибактериальная активность (значение R должно быть больше 2) = R=(Ut-Uo)-(At-Uo) = 4,70					
Золотистый стафилококк <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 P	6.00x10 ⁵	9.91x10 ³ (log:3.99)	3.68x10 ⁵ (log:5.56)	6 (log:0.79)	C
Антибактериальная активность (значение R должно быть больше 2) = R=(Ut-Uo)-(At-Uo) = 4,77					

*:Аккредитованный анализ TURKAK.

Результаты анализа приведены выше

** Статус соответствия: C - соответствует NC - не соответствует NE -нет оценки из-за отсутствия предельного значения.

Cansu KÖLOĞLU
Microbiology Department Chief

SANİTER GIDA - QEVRE BİLİMİ GÖZETİM ve
MÜHENDİSLİK HİZ. TİC. ŞİRKETİ
Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No:18/20
PK 34746 Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: (0216) 470 81 48 - 470 81 49
V.D. Kozvâlciyev 140994501

Co-Responsible
Çağlayan ÇATAK
Lab. Tech. Manager

Yasemin AKBIYIKOĞLU
Sample Acceptance and Reporting
Department Chief

Настоящий отчет не должен воспроизводиться полностью, кроме как с разрешения лаборатории. Отчеты без подписи и печати недействительны. Результаты анализа действительны только для выборки, приведенной в данном отчете. Отчет предназначен только для ознакомления, а не для коммерческих или юридических целей.

F.02.57/Rev.0/01.07.16

Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No.18 Ata ehir 34746 istanbul e-mail: saniter@saniter.com.tr blog.saniter.com.tr

Tel: (0216) 470 81 48 - 470 81 49 Fax: (0216) 470 09 38 GSM Şirket: (0530) 545 13 22

www.saniter.com.tr